


Aide-mémoire pour l'injection de Sayana Press

Suspension de 104 mg/0.65 ml d'acétate de médroxyprogestérone dans le système d'injection Uniject™

ETAPE 1: Sélectionner le site d'injection

Sayana® Press peut être injecté dans la partie postérieure du bras, dans l'abdomen (pas au nombril) ou à l'avant de la cuisse. Nettoyer le site si nécessaire.




ETAPE 2: Ouvrir le sachet en aluminium et en retirer l'Uniject

Vérifiez la date d'expiration.




ETAPE 3: Le système d'injection Uniject




ETAPE 4: Mélanger la solution

- Tenir l'Uniject par le porte-aiguille et agitez vigoureusement pendant environ 30 secondes.
- Ne pas plier l'Uniject.
- S'assurer que Sayana Press est homogène et qu'il n'y a pas de dommages ni de fuites.
- Mélanger à nouveau si il y a un délai avant d'administrer l'injection.



ETAPE 5: Activer l'Uniject



- Maintenir l'Uniject par le porte-aiguille.
- Orienter l'aiguille vers le haut lors de l'activation afin d'éviter des écoulements.
- Enfoncer fermement le capuchon de l'aiguille dans le porte-aiguille.
- Si l'espace n'est pas complètement fermé, vous ne pourrez pas presser le réservoir pendant l'injection.
- Enlever le capuchon de l'aiguille.

ETAPE 6: Pincer légèrement la peau au site d'injection

Cela crée une « tente » pour insérer l'aiguille.




ETAPE 7: Insérer l'aiguille par un angle droit vers le bas

- Maintenir l'Uniject par le porte-aiguille et insérer l'aiguille dans la peau avec un angle droit d'un coup sec.
- Le porte-aiguille doit être complètement en contact avec la peau pour garantir l'insertion de l'aiguille à la bonne profondeur.



ETAPE 8: Presser le réservoir

- Vous ne devez pas aspirer.
- Presser lentement le réservoir (pendant 5 à 7 secondes).
- Ce n'est pas grave s'il reste un peu de médicament dans le réservoir.



ETAPE 9: Jeter l'Uniject

- Ne pas remplacer le capuchon de l'aiguille.
- Jeter immédiatement l'Uniject dans un récipient résistant à la perforation.

